

## 正誤表 (嗅覚測定法マニュアル 2017年4月1日/第7版第1刷)

以下の頁に誤った記載がありましたので、訂正しお詫びいたします。

掲載頁	誤	正
<p>p74 下から 3行目</p>	<p>排出口高さが15m以上の場合には、臭気排出強度で規制基準が設定されるため、次の式で臭気排出強度を算出する。 なお、臭気排出強度は3桁目を四捨五入し、有効数字2桁で表示する。</p> $q_d = 60 \times C \times Q_0$ <p><math>q_d</math> : 臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧における立方メートル毎分) <math>Q_0</math> : 排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧における立方メートル毎秒、乾き)</p>	<p>排出口高さが15m以上の場合には、臭気排出強度で規制基準が設定されるため、次の式で臭気排出強度を算出する。 なお、臭気排出強度は3桁目を四捨五入し、有効数字2桁で表示する。</p> $q_d = 60 \times C \times Q_0$ $C = 10^{Y/10}$ <p><math>q_d</math> : 臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧における立方メートル毎分) <math>Q_0</math> : 排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧における立方メートル毎秒、乾き) <u>C</u> : 臭気濃度 <u>Y</u> : 臭気指数 (整数)</p>